

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Veiligheids- en gebruiksinformatie bij een component uit een SEEF-testkit

Extractievloeistof

Component uit testkit TK01 · Documentnummer: PIB-EXV-01

Kenmerk	Gegeven
Testkit	TK01
Component	Extractievloeistof
Fysische vorm	vloeibaar
Kleur	kleurloos
Geur	kenmerkend
pH-waarde	niet bepaald
Verpakking en inhoud	6,5 mL plastic buis
Documentnummer	PIB-EXV-01
Versie / datum	1.0 / 04-09-2026
Vervangt	n.v.t.
Bijbehorend SDS	SDS Extractievloeistof, versie 2.0, herziening 25-11-2024

1. Omschrijving en toepassing

Extractievloeistof is een kleurloze vloeistof die onderdeel is van testkit TK01 van SEEF B.V. Het product wordt gebruikt in de extractiestap van de testprocedure en is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik binnen de bij de kit geleverde testinstructie.

De chemische samenstelling van dit component is niet in dit blad opgenomen. Dit blad beschrijft de gevaren, de beschermende maatregelen en het handelen bij incidenten. De volledige stofgegevens staan in het veiligheidsinformatieblad (SDS), dat SEEF B.V. op aanvraag verstrekt.

2. Gevaren

Signaalwoord	Waarschuwing
Pictogrammen	 GHS05 – corrosief
Gevarenaanduidingen	H290 Kan bijtend zijn voor metalen. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen	P280 Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P390 Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
Waar het op neerkomt	Bijtend voor metalen en irriterend voor huid en ogen. Voorkom contact met huid en ogen en gebruik geen metalen bakjes, pincetten of trechters.

Bij gebruik volgens de testinstructie wordt het product in kleine hoeveelheden gedoseerd en is de blootstelling beperkt. De maatregelen in paragraaf 3 gelden onverkort.

Het product is bijtend voor metalen: gebruik en bewaar het uitsluitend in corrosiebestendige houders. Het reageert met oxidatiemiddelen.

3. Persoonlijke bescherming en veilig werken

Oogbescherming	Veiligheidsbril met zijbescherming (EN 166).
Handbescherming	Nitril handschoenen volgens EN 374, materiaaldikte $\geq 0,11$ mm, doorbraaktijd > 480 minuten (permeatieniveau 6).
Lichaamsbescherming	Beschermende kleding (EN 340 en EN ISO 13688).
Adembescherming	Niet nodig bij voldoende ventilatie. Bij ontoereikende ventilatie een deeltjesfilter P2 (EN 143).
Technische maatregelen	Algemene ventilatie; oogdouche en nooddouche op de werkplek.

Verder geldt:

- Na gebruik handen wassen; niet eten, drinken of roken op de werkplek.
- Verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen uittrekken voordat je ruimten betreedt waar wordt gegeten.
- Chemicaliën niet samen met eten en drinken opbergen en nooit in levensmiddelenverpakkingen overgieten.
- De verpakking direct na dosering sluiten en het product uitsluitend in de originele verpakking bewaren.
- Zorg dat een oogspoelvoorziening en een nooddouche op de werkplek aanwezig zijn.

4. Eerste hulp

Situatie	Wat te doen
Algemeen	Laat het slachtoffer niet onbeheerd achter en breng het uit de gevarezone. Bij bewusteloosheid in stabiele zijligging leggen; niets via de mond toedienen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij twijfel of aanhoudende klachten een arts raadplegen.

Situatie	Wat te doen
Inademing	Voor verse lucht zorgen. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp toedienen. Bij irritatie van de luchtwegen een arts raadplegen.
Huidcontact	Met veel water en zeep wassen. Een antigifcentrum of arts raadplegen.
Oogcontact	Minstens 15 minuten met schoon, stromend water spoelen terwijl de oogleden worden opgehouden. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk en blijven spoelen. Een antigifcentrum of arts raadplegen.
Inslikken	Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). GEEN braken opwekken. Bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen.
Informatie voor de arts	Voor specialistisch advies dient de arts contact op te nemen met het antigifcentrum. Neem dit blad en het SDS mee.

Let op

Bel bij ernstige klachten of bij twijfel 112. Professionele hulpverleners kunnen advies vragen bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC, UMC Utrecht): +31 88 755 8000 — uitsluitend bestemd voor hulpverleners.

5. Morsen en lekkage

Bij morsen van een kithoeveelheid (enkele milliliters of grammen):

- **1.** Draag de bescherming uit paragraaf 3 en ventileer de getroffen zone.
- **2.** Dek afvoerkanalen af zodat het product niet in het riool kan komen.
- **3.** Neem de vloeistof op met absorberend materiaal (bijvoorbeeld een lap of vlies) en veeg van buiten naar binnen.
- **4.** Reinig het oppervlak na met water en droog het af.
- **5.** Breng het gebruikte materiaal in een gesloten, gemerkte verpakking voor verwijdering (zie paragraaf 6).

Laat het product niet in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomen. Houd verontreinigd waswater terug en voer het af als afval. Schakel bij grotere hoeveelheden of lekkage buiten de werkruimte de leidinggevende in.

Blusmiddelen: sproeiwater, droog bluspoeder of kooldioxide (CO₂). Geen volle waterstraal gebruiken. Bij brand kunnen gevaarlijke dampen en rook ontstaan; gebruik onafhankelijke adembescherming (EN 133) en laat bluswater niet in het riool lopen.

6. Opslag, houdbaarheid en afval

Bewaarcondities	In goed gesloten, corrosiebestendige verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren; uitsluitend toegelaten verpakking (bijvoorbeeld overeenkomstig ADR) gebruiken.
Niet samen opslaan met	Basen, oxiderende stoffen en zuren.
Beschermen tegen	Hoge temperaturen, UV-straling en zonlicht, en vorst.

Houdbaarheid	Tot de houdbaarheidsdatum op het etiket; uitsluitend in de originele, gesloten verpakking bewaren.
Afvoer van restanten	Dit is gevaarlijk afval: afvoeren via een erkende inzamelaar en uitsluitend in goedgekeurde verpakking (bijvoorbeeld overeenkomstig ADR). Afval niet in de gootsteen werpen. Gecontamineerde verpakking behandelen als de stof zelf; volledig geleegde verpakking kan worden gerecycled. De afvalcode wordt door de afvalproducent in overleg met de regionale afvalverwerker bepaald.
Verpakking	Lege, niet verontreinigde verpakking kan worden hergebruikt of gerecycled. Verpakking die niet kan worden gereinigd, afvoeren zoals het product zelf.

7. Transport en etikettering

VN-nummer	VN 1824 (ADR/RID/ADN, IMDG, ICAO-IATA)
Transportgevaarenklasse	8
Verpakkingsgroep	III
Classificatiecode / GEVI	C5 · GEVI 80
Gevaarsetiket (transport)	8
Gelimiteerde hoeveelheden (LQ)	5 L (weg, spoor, zee) · 1 L (lucht); vrijgestelde hoeveelheid E1
Tunnelbeperkingscode	E · vervoerscategorie 3
Etiket op de verpakking (CLP)	Zie paragraaf 2: signaalwoord, pictogram(men) en H- en P-zinnen staan zo op het etiket van de verpakking.

De transportgegevens gelden voor het component zoals het in de testkit wordt geleverd. De volledige vervoersnaam en de gegevens voor het vervoersdocument staan in rubriek 14 van het SDS. Wijkt de verpakking af, controleer de indeling dan opnieuw.

8. Beperkingen en verwijzingen

Dit productinformatieblad vervangt het veiligheidsinformatieblad (SDS) niet en is geen wettelijk voorgeschreven document. Het is een praktische samenvatting voor de gebruiker van de testkit. Bij tegenstrijdigheid geldt het SDS.

De informatie geldt uitsluitend voor het hierboven aangeduide component en bij gebruik volgens de meegeleverde testinstructie.

De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de eigen risicobeoordeling (RI&E) en voor naleving van de lokale arbo- en milieuvoorschriften.

9. Vragen en noodgevallen

SEEF B.V. · Tolweg 11 · 4851 SJ Ulvenhout · Nederland

T: +31 (0)85 047 0574 · E: info@seefbv.com · W: www.seefbv.com

Informatiedienst voor noodgevallen: +31 (0)85 047 0574 (ma–vr 09:00–17:00 uur)

Documentnummer PIB-EXV-01 · Versie 1.0 · Datum 04-09-2026 · Opgesteld op basis van het SDS (versie 2.0, herziening 25-11-2024) · Dit blad vervangt het SDS niet.



SEEF B.V.

Tolweg 11
4851 SJ Ulvenhout

www.SEEFBV.com
+31 (0)85 0470 574